

他覚的屈折検査からの乱視表によるレンズ交換法 において乱視表を見せる前に
なぜ他覚的屈折値に乱視度数の半分の球面度数入れるか？



説明②

の理由を考えて提出しなさい。

(グループを作って相談しても可)図で記しても良い。

他覚的屈折検査からの乱視表によるレンズ交換法 において乱視表を見せる前になぜ他覚的屈折値に乱視度数の半分の球面度数入れるか？



説明②

の理由を考えて提出下さい。

(グループを作って相談しても可)図で記しても良い。

氏名(複数可)

後焦線を網膜付近に持ってくるため

